



Cardiac Science informeert klanten van AED's over vrijwillige terugroeping van medisch hulpmiddel

Bothell, WA – 3 februari 2010 – Cardiac Science Corporation [NASDAQ: CSCX] neemt het initiatief tot een wereldwijde vrijwillige terugroeping nadat is gebleken dat ongeveer 12.200 automatische externe defibrillators (AED's) soms geen therapie kunnen toedienen tijdens een reanimatiepoging, hetgeen ernstige of dodelijke gevolgen kan hebben. Door de manier waarop deze AED's waren geproduceerd, is het mogelijk dat er onder bepaalde omstandigheden storing kan optreden. De FDA is op de hoogte gesteld van deze situatie.

Deze kwestie staat los van de aankondiging van het bedrijf op 13 november betreffende een vrijwillige correctie van een medisch hulpmiddel. Elk van de ongeveer 12.200 getroffen apparaten in deze terugroeping kan worden bevestigd op de website van Cardiac Science op <http://www.cardiacscience.com/AED195>.

Cardiac Science heeft deze kwestie aan het licht gebracht via haar interne kwaliteitssystemen en heeft geen klachten of meldingen van dit probleem in de praktijk ontvangen. De getroffen AED's zijn tussen 19 oktober 2009 en 15 januari 2010 geproduceerd of gerepareerd. Het betreft de volgende modellen:

- Powerheart 9300A, 9300E, 9300P, 9390A, 9390E
- CardioVive 92532
- CardioLife 9200G en 9231

Klanten die een van deze modellen AED's hebben ontvangen sinds 19 oktober 2009 kunnen <http://www.cardiacscience.com/AED195> bezoeken om te bepalen of ze een AED hebben die hierdoor getroffen is. Alle getroffen AED's moeten onmiddellijk buiten gebruik worden genomen omdat het mogelijk is dat ze niet de verwachte therapie zullen toedienen.

Alle getroffen AED's worden kosteloos vervangen. Cardiac Science zal de klanten een brief sturen en hun vervangende AED's verschaffen zodra deze beschikbaar zijn. De verzending van vervangingen zal naar verwachting op 15 februari beginnen.

Het bedrijf verwacht in het vierde kwartaal van 2009 kosten tussen de 2,0 en 3,0 miljoen dollar te zullen boeken volgens de huidige raming van de verwachte kosten in verband met deze actie. De werkelijke kosten kunnen variëren op basis van diverse factoren. Kasuitgaven in verband met de vervanging van de getroffen AED's zullen in de eerste helft van 2010 plaatsvinden. Het bedrijf meent momenteel niet dat deze actie ernstige gevolgen zal hebben voor de uitvoering van orders voor AED's in het eerste kwartaal.

Klanten kunnen binnen de Verenigde Staten rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf op 888.402.2484. Buiten de VS kunnen klanten contact opnemen via +44.161.926.0011 of met de plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science. Klanten kunnen het bedrijf ook via e-mail op aed195@cardiacscience.com bereiken voor verdere informatie.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. De woorden 'menen', 'verwachten', 'van plan zijn', 'voorzien', variaties op deze woorden en soortgelijke uitdrukkingen kenmerken toekomstgerichte verklaringen, maar afwezigheid hiervan betekent niet dat de verklaring niet toekomstgericht is. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen die verwijzen naar het tijdstip en volume van de verzending van vervangende AED's, ordervolume en -uitvoering, het tijdstip en het bedrag van de uitgaven die in de financiële overzichten van het bedrijf zullen worden opgenomen in verband met de vervanging van de getroffen AED's, en het tijdstip en het bedrag van de kasuitgaven in verband hiermee. Dit zijn toekomstgerichte verklaringen voor de toepassing van de 'safe harbor' bepalingen volgens de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De werkelijke resultaten en performance kunnen aanzienlijk afwijken van wat in deze verklaringen wordt uitgedrukt of gesuggereerd. Factoren die dergelijke afwijkende resultaten en andere risico's kunnen veroorzaken of ertoe bijdragen worden uitvoeriger beschreven in het jaarverslag op formulier 10-K dat door Cardiac Science Corporation is ingediend voor het jaar dat afliep op 31 december 2008, bijgewerkt door daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q. Cardiac Science Corporation verplicht zich niet om de hier verschaft informatie bij te werken.

Meer informatie:

Contactpersoon bedrijf:	Contactpersoon beleggers:	Contactpersoon media:
Mike Matysik Cardiac Science Corporation Senior Vice President and CFO 425.402.2009	Matt Clawson Allen & Caron 949.474.4300 matt@allencaron.com	Christopher Gale EVC Group Inc. 646.201.5431 203.570.4681 cgale@evcgroup.com

LOGO: http://www.cardiacscience.com/images/main_logo.gif
CSCX-F

###